



**INŠTITUT ZA MLEKARSTVO IN PROBIOTIKE**

Jamnikarjeva ulica 101, SI-1000 Ljubljana  
T: +386 1 320 39 11, E: mlab@bf.uni-lj.si

**REFERENČNI MATERIAL  
PASTERIZIRANO MLEKO**

**MAJ 2024**

serijska številka: **1908-0524**

Vzorci: **Pasterizirano mleko (konzervirano z Bronopolom® do 0,02 %)**

Uporabno najmanj do: **31.5.2024 pri temperaturi do 4 °C ± 2 °C**

Oznaka vzorca	Maščoba (g/100g)	Beljakovine (g/100g)	Laktoza anhidrid (g/100g)	Suha snov (g/100g)	Suha snov brez maščobe (g/100g)
IR 1P	0,07	3,45	4,72	9,29	9,21
IR 2P	0,61	3,46	4,70	9,82	9,20
IR 3P	1,19	3,43	4,69	10,36	9,16
IR 4P	1,50	3,47	4,68	10,70	9,18
IR 5P	1,79	3,44	4,66	10,94	9,14
IR 6P	1,96	3,44	4,65	11,10	9,13
IR 7P	2,71	3,43	4,61	11,80	9,08
IR 8P	2,76	3,42	4,61	11,84	9,07
IR 9P	3,16	3,39	4,60	12,21	9,05
IR 10P	3,46	3,37	4,60	12,48	9,03

Metoda določitve: ISO 9622/IDF 141 – Milk and liquid milk products – Guidelines for the application of mid - infrared spectrometry.

Domžale, 8.5.2024



Vodja laboratorija:  
dr. Petra Mohar Lorbeg