



INŠTITUT ZA MLEKARSTVO IN PROBIOTIKE

Jamnikarjeva ulica 101, SI-1000 Ljubljana
T: +386 1 320 39 11, E: mlab@bf.uni-lj.si

**REFERENČNI MATERIAL
SUROVO MLEKO**

NOVEMBER 2024

serijska številka: 5117-1124

Vzorci: **Surovo mleko (konzervirano z Bronopolom® do 0,02 %)**
Uporabno najmanj do: **15.11.2024 pri temperaturi do 4 °C ± 2 °C**

Oznaka vzorca	Število somatskih celic (celic/ml)	Sd (celic/ml)
Sc 1	127.000	± 7.000
Sc 2	206.000	± 11.000
Sc 3	603.000	± 13.000
Sc 4	971.000	± 20.000
Sc 5	1.451.000	± 19.000

Rezultat je povprečna vrednost 10-ih meritev z instrumentalno metodo pretočne citometrije (štetje somatskih celic - ISO 13366-2/IDF 148-2:2006) po preverjanju z referenčnimi materiali. Sd je standardni odklon 10-ih meritev vzorca.

Razširjena merilna negotovost je ± 7,8 %. Razširjena merilna negotovost U je bila določena kot kombinirana negotovost, pomnožena s faktorjem pokritja $k = 2$, ki pri normalni porazdelitvi ustreza ravni zaupanja približno 95 %.

Domžale, 7.11.2024



www.bf.uni-lj.si/sl/iml-pro

Vodja laboratorija:
dr. Petra Mohar Lorbeg
pe
pe