



INŠTITUT ZA MLEKARSTVO IN PROBIOTIKE

Jamnikarjeva ulica 101, SI-1000 Ljubljana
T: +386 1 320 39 11, E: mlab@bf.uni-lj.si

**REFERENČNI MATERIAL
PASTERIZIRANO MLEKO**

JUNIJ 2024

serijska številka: **2353-0624**

Vzorci: **Pasterizirano mleko (konzervirano z Bronopolom® do 0,02 %)**

Uporabno najmanj do: **28.6.2024 pri temperaturi do 4 °C ± 2 °C**

Oznaka vzorca	Maščoba (g/100g)	Beljakovine (g/100g)	Laktoza anhidrid (g/100g)	Suha snov (g/100g)	Suha snov brez maščobe (g/100g)
IR 1P	0,06	3,46	4,68	9,23	9,17
IR 2P	0,57	3,42	4,67	9,70	9,13
IR 3P	1,22	3,41	4,66	10,33	9,12
IR 4P	1,48	3,40	4,64	10,57	9,10
IR 5P	1,80	3,39	4,63	10,86	9,07
IR 6P	2,02	3,40	4,63	11,09	9,08
IR 7P	2,70	3,34	4,60	11,67	8,99
IR 8P	2,90	3,34	4,58	11,85	8,98
IR 9P	3,15	3,34	4,57	12,09	8,97
IR 10P	3,36	3,32	4,57	12,27	8,95

Metoda določitve: ISO 9622/IDF 141 – Milk and liquid milk products – Guidelines for the application of mid - infrared spectrometry.

Domžale, 6.6.2024



Vodja laboratorija:
dr. Petra Mohar Lorbeg