



INŠTITUT ZA MLEKARSTVO IN PROBIOTIKE

Jamnikarjeva ulica 101, SI-1000 Ljubljana
T: +386 1 320 39 11, E: mlab@bf.uni-lj.si

**REFERENČNI MATERIAL
PASTERIZIRANO MLEKO**

JULIJ 2024

serijska številka: 2880-0724

Vzorci: Pasterizirano mleko (konzervirano z Bronopolom® do 0,02 %)
Uporabno najmanj do: 26.7.2024 pri temperaturi do 4 °C ± 2 °C

Oznaka vzorca	Maščoba (g/100g)	Beljakovine (g/100g)	Laktoza anhidrid (g/100g)	Suha snov (g/100g)	Suha snov brez maščobe (g/100g)
IR 1P	0,08	3,40	4,68	9,19	9,12
IR 2P	0,58	3,37	4,68	9,66	9,10
IR 3P	1,21	3,38	4,64	10,27	9,07
IR 4P	1,50	3,38	4,64	10,57	9,08
IR 5P	1,76	3,37	4,66	10,83	9,09
IR 6P	1,95	3,37	4,62	10,97	9,04
IR 7P	2,75	3,35	4,62	11,76	9,03
IR 8P	3,04	3,33	4,61	12,02	9,00
IR 9P	3,22	3,33	4,60	12,19	8,99
IR 10P	3,49	3,32	4,59	12,45	8,98

Metoda določitve: ISO 9622/IDF 141 – Milk and liquid milk products – Guidelines for the application of mid - infrared spectrometry.

Domžale, 4.7.2024



Vodja laboratorija:
dr. Petra Mohar Lorbeg