



**INŠTITUT ZA MLEKARSTVO IN PROBIOTIKE**

Jamnikarjeva ulica 101, SI-1000 Ljubljana  
T: +386 1 320 39 11, E: mlab@bf.uni-lj.si

**REFERENČNI MATERIAL  
PASTERIZIRANO MLEKO**

**OKTOBER 2024**

serijska številka: **4561-1024**

Vzorci: **Pasterizirano mleko (konzervirano z Bronopolom® do 0,02 %)**

Uporabno najmanj do: **25.10.2024 pri temperaturi do 4 °C ± 2 °C**

Oznaka vzorca	Maščoba (g/100g)	Beljakovine (g/100g)	Laktoza anhidrid (g/100g)	Suha snov (g/100g)	Suha snov brez maščobe (g/100g)
IR 1P	0,07	3,61	4,77	9,35	9,25
IR 2P	0,59	3,56	4,75	9,80	9,20
IR 3P	1,13	3,51	4,73	10,28	9,15
IR 4P	1,49	3,49	4,69	10,58	9,11
IR 5P	1,80	3,46	4,69	10,86	9,09
IR 6P	1,98	3,44	4,67	11,00	9,06
IR 7P	2,72	3,37	4,63	11,64	8,98
IR 8P	2,98	3,34	4,63	11,87	8,96
IR 9P	3,21	3,32	4,63	12,07	8,94
IR 10P	3,46	3,29	4,60	12,28	8,90

Metoda določitve: ISO 9622/IDF 141 – Milk and liquid milk products – Guidelines for the application of mid - infrared spectrometry.

Domžale, 3.10.2024



Vodja laboratorija:  
dr. Petra Mohar Lorbeg