



**INŠTITUT ZA MLEKARSTVO IN PROBIOTIKE**

Jamnikarjeva ulica 101, SI-1000 Ljubljana

T: +386 1 320 39 11, E: mlab@bf.uni-lj.si

**REFERENČNI MATERIAL  
PASTERIZIRANO MLEKO**

**NOVEMBER 2024**

serijska številka: **5118-1124**

Vzorci: **Pasterizirano mleko (konzervirano z Bronopolom® do 0,02 %)**

Uporabno najmanj do: **29.11.2024 pri temperaturi do 4 °C ± 2 °C**

Oznaka vzorca	Maščoba (g/100g)	Beljakovine (g/100g)	Laktoza anhidrid (g/100g)	Suha snov (g/100g)	Suha snov brez maščobe (g/100g)
IR 1P	0,08	3,74	4,76	9,48	9,34
IR 2P	0,62	3,73	4,74	9,99	9,32
IR 3P	1,22	3,66	4,70	10,48	9,23
IR 4P	1,54	3,65	4,67	10,76	9,21
IR 5P	1,79	3,64	4,66	10,99	9,19
IR 6P	2,01	3,62	4,65	11,18	9,17
IR 7P	2,79	3,56	4,63	11,87	9,11
IR 8P	3,03	3,56	4,60	12,08	9,09
IR 9P	3,27	3,52	4,60	12,28	9,06
IR 10P	3,50	3,53	4,60	12,51	9,06

Metoda določitve: ISO 9622/IDF 141 – Milk and liquid milk products – Guidelines for the application of mid-infrared spectrometry.

Domžale, 7.11.2024



*Ze*

Vodja laboratorija:  
dr. Petra Mohar Lorbeg

*Zeul*