



INŠTITUT ZA MLEKARSTVO IN PROBIOTIKE

Jamnikarjeva ulica 101, SI-1000 Ljubljana
T: +386 1 320 39 11, E: mlab@bf.uni-lj.si

**REFERENČNI MATERIAL
PASTERIZIRANO MLEKO**

JANUAR 2025

serijska številka: **6-0125**

Vzorci: **Pasterizirano mleko (konzervirano z Bronopolom® do 0,02 %)**

Uporabno najmanj do: **31.01.2025 pri temperaturi do 4 °C ± 2 °C**

Oznaka vzorca	Maščoba (g/100g)	Beljakovine (g/100g)	Laktoza anhidrid (g/100g)	Suha snov (g/100g)	Suha snov brez maščobe (g/100g)
IR 1P	0,05	3,66	4,77	9,42	9,37
IR 2P	0,57	3,68	4,78	9,97	9,40
IR 3P	1,16	3,64	4,73	10,47	9,31
IR 4P	1,47	3,62	4,73	10,76	9,30
IR 5P	1,78	3,61	4,71	11,03	9,26
IR 6P	1,98	3,59	4,70	11,20	9,22
IR 7P	2,72	3,57	4,68	11,88	9,18
IR 8P	2,97	3,56	4,66	12,10	9,15
IR 9P	3,21	3,54	4,65	12,32	9,12
IR 10P	3,45	3,50	4,65	12,53	9,09

Metoda določitve: ISO 9622/IDF 141 – Milk and liquid milk products – Guidelines for the application of mid-infrared spectrometry.

Domžale, 8.1.2025



Vodja laboratorija:
dr. Petra Mohar Lorbeg