



**INŠTITUT ZA MLEKARSTVO IN PROBIOTIKE**

Jamnikarjeva ulica 101, SI-1000 Ljubljana  
T: +386 1 320 39 11, E: mlab@bf.uni-lj.si

**REFERENČNI MATERIAL  
SUROVO MLEKO**

**JANUAR 2025**  
serijska številka: 2-0125

Vzorci: Surovo mleko (konzervirano z Bronopolom® do 0,02 %)  
Uporabno najmanj do: 17.01.2025 pri temperaturi do 4 °C ± 2 °C

Oznaka vzorca	Sečnina (mg/100ml)	Sd (mg/100ml)
Urea 1	7,4	± 0,3
Urea 2	9,7	± 0,5
Urea 3	18,9	± 0,1
Urea 4	28,0	± 0,9
Urea 5	30,3	± 0,0
Urea 6	43,4	± 0,7
Urea 7	58,1	± 0,0

Metoda določitve: ISO 14637/IDF 195:2004

Merilna negotovost je ± 4 mg/100 ml. Razširjena merilna negotovost U je bila določena kot kombinirana negotovost, pomnožena s faktorjem pokritja  $k = 2$ , ki pri normalni porazdelitvi ustreza ravni zaupanja približno 95 %.

Domžale, 8.1.2025



Vodja laboratorija:  
dr. Petra Mohar Lorbeg