



INŠTITUT ZA MLEKARSTVO IN PROBIOTIKE

Jamnikarjeva ulica 101, SI-1000 Ljubljana
T: +386 1 320 39 11, E: mlab@bf.uni-lj.si

**REFERENČNI MATERIAL
SUROVO MLEKO**

JULIJ 2024

serijska številka: **2877-0724**

Vzorci: **Surovo mleko (konzervirano z Bronopolom® do 0,02 %)**

Uporabno najmanj do: **12.7.2024** pri temperaturi do **4 °C ± 2 °C**

Oznaka vzorca	Sečnina (mg/100ml)	Sd (mg/100ml)
Urea 1	13,2	± 0,1
Urea 2	14,9	± 0,2
Urea 3	15,1	± 1,3
Urea 4	17,2	± 1,1
Urea 5	29,2	± 0,2
Urea 6	41,6	± 0,9
Urea 7	52,2	± 0,3

Metoda določitve: ISO 14637/IDF 195:2004

Merilna negotovost je ± 2 mg/100 ml. Razširjena merilna negotovost U je bila določena kot kombinirana negotovost, pomnožena s faktorjem pokritja $k = 2$, ki pri normalni porazdelitvi ustreza ravni zaupanja približno 95 %.

Domžale, 4.7.2024



Vodja laboratorija:
dr. Petra Mohar Lorbeg