



INŠTITUT ZA MLEKARSTVO IN PROBIOTIKE

Jamnikarjeva ulica 101, SI-1000 Ljubljana
T: +386 1 320 39 11, E: mlab@bf.uni-lj.si

**REFERENČNI MATERIAL
SUROVO MLEKO**

NOVEMBER 2024
serijska številka: **5114-1124**

Vzorci: **Surovo mleko (konzervirano z Bronopolom® do 0,02 %)**
Uporabno najmanj do: **15.11.2024 pri temperaturi do 4 °C ± 2 °C**

Oznaka vzorca	Sečnina (mg/100ml)	Sd (mg/100ml)
Urea 1	18,2	± 0,0
Urea 2	19,2	± 0,2
Urea 3	22,1	± 0,1
Urea 4	29,9	± 0,6
Urea 5	38,7	± 0,5
Urea 6	42,4	± 0,6
Urea 7	50,3	± 0,1

Metoda določitve: ISO 14637/IDF 195:2004

Merilna negotovost je ± 4 mg/100 ml. Razširjena merilna negotovost U je bila določena kot kombinirana negotovost, pomnožena s faktorjem pokritja $k = 2$, ki pri normalni porazdelitvi ustreza ravni zaupanja približno 95 %.

Domžale, 6.11.2024



Ze Vodja laboratorija:
dr. Petra Mohar Lorbeg