



INŠTITUT ZA MLEKARSTVO IN PROBIOTIKE

Jamnikarjeva ulica 101, SI-1000 Ljubljana
T: +386 1 320 39 11, E: mlab@bf.uni-lj.si

**REFERENČNI MATERIAL
SUROVO MLEKO**

DECEMBER 2024

serijska številka: 5603-1224

Vzorci: Surovo mleko (konzervirano z Bronopolom® do 0,02 %)
Uporabno najmanj do: 13.12.2024 pri temperaturi do 4 °C ± 2 °C

Oznaka vzorca	Sečnina (mg/100ml)	Sd (mg/100ml)
Urea 1	11,5	± 1,4
Urea 2	10,9	± 0,1
Urea 3	19,5	± 0,2
Urea 4	20,7	± 0,5
Urea 5	25,0	± 0,4
Urea 6	33,7	± 0,4
Urea 7	48,9	± 0,2

Metoda določitve: ISO 14637/IDF 195:2004

Merilna negotovost je ± 4 mg/100 ml. Razširjena merilna negotovost U je bila določena kot kombinirana negotovost, pomnožena s faktorjem pokritja $k = 2$, ki pri normalni porazdelitvi ustreza ravni zaupanja približno 95 %.

Domžale, 5.12.2024



Vodja laboratorija:
dr. Petra Mohar Lorbeg