



INŠTITUT ZA MLEKARSTVO IN PROBIOTIKE

Jamnikarjeva ulica 101, SI-1000 Ljubljana
T: +386 1 320 39 11, E: mlab@bf.uni-lj.si

**REFERENČNI MATERIAL
SUROVO MLEKO
(neKonzervirani vzorci)**

APRIL 2025

serijska številka: **1404-0425**

Vzorci: **Surovo mleko**

Uporabno najmanj do: **4.4.2025 pri temperaturi do 4 °C ± 2 °C**

Oznaka vzorca	Zmrziščna točka (°C)
ZT 1	-0,552
ZT 2	-0,537
ZT 3	-0,533
ZT 4	-0,522
ZT 5	-0,519
ZT 6	-0,512
ZT 7	-0,507
ZT 8	-0,501
ZT 9	-0,494
ZT 10	-0,490

Metoda določitve: SIST EN ISO 5764:2009

Razširjena merilna negotovost metode: ± 0,003 °C. Razširjena merilna negotovost U je bila določena kot kombinirana negotovost, pomnožena s faktorjem pokritja k = 2, ki pri normalni porazdelitvi ustreza ravni zaupanja približno 95 %.

Domžale, 3.4.2025



Vodja laboratorija:
dr. Petra Mohar Lorbeg