



**INŠTITUT ZA MLEKARSTVO IN PROBIOTIKE**

Jamnikarjeva ulica 101, SI-1000 Ljubljana  
T: +386 1 320 39 11, E: mlab@bf.uni-lj.si

**REFERENČNI MATERIAL  
SUROVO MLEKO  
(nekonzervirani vzorci)**

**FEBRUAR 2025**

serijska številka: 429-0225

Vzorci: Surovo mleko


Uporabno najmanj do: 7.2.2025 pri temperaturi do  $4\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$

Oznaka vzorca	Zmrziščna točka (°C)
ZT 1	-0,556
ZT 2	-0,540
ZT 3	-0,535
ZT 4	-0,525
ZT 5	-0,522
ZT 6	-0,516
ZT 7	-0,512
ZT 8	-0,507
ZT 9	-0,502
ZT 10	-0,496

Metoda določitve: SIST EN ISO 5764:2009

Razširjena merilna negotovost metode:  $\pm 0,003\text{ °C}$ . Razširjena merilna negotovost U je bila določena kot kombinirana negotovost, pomnožena s faktorjem pokritja  $k = 2$ , ki pri normalni porazdelitvi ustreza ravni zaupanja približno 95%.

Domžale, 6.2.2025



Vodja laboratorija:  
dr. Petra Mohar Lorbeg