



INŠTITUT ZA MLEKARSTVO IN PROBIOTIKE

Jamnikarjeva ulica 101, SI-1000 Ljubljana

T: +386 1 320 39 11, E: mlab@bf.uni-lj.si

**REFERENČNI MATERIAL
SUROVO MLEKO
(neKonzervirani vzorci)**

OKTOBER 2024

serijska številka: 4559-1024

Vzorci: **Surovo mleko**

Uporabno najmanj do: **4.10.2024** pri temperaturi do **4 °C ± 2 °C**

Oznaka vzorca	Zmrziščna točka (°C)
ZT 1	-0,560
ZT 2	-0,544
ZT 3	-0,540
ZT 4	-0,533
ZT 5	-0,529
ZT 6	-0,521
ZT 7	-0,517
ZT 8	-0,513
ZT 9	-0,506
ZT 10	-0,499

Metoda določitve: SIST EN ISO 5764:2009

Razširjena merilna negotovost metode: $\pm 0,005$ °C. Razširjena merilna negotovost U je bila določena kot kombinirana negotovost, pomnožena s faktorjem pokritja $k = 2$, ki pri normalni porazdelitvi ustreza ravni zaupanja približno 95 %.

Domžale, 3.10.2024



Vodja laboratorija:
dr. Petra Mohar Lorbeg