



**INŠTITUT ZA MLEKARSTVO IN PROBIOTIKE**

Jamnikarjeva ulica 101, SI-1000 Ljubljana  
T: +386 1 320 39 11, E: mlab@bf.uni-lj.si

**REFERENČNI MATERIAL  
SUROVO MLEKO  
(neKonzervirani vzorci)**

**DECEMBER 2024**  
serijska številka: **5604-1224**

Vzorci: **Surovo mleko**


Uporabno najmanj do: **6.12.2024 pri temperaturi do 4 °C ± 2 °C**

Oznaka vzorca	Zmrziščna točka (°C)
ZT 1	-0,561
ZT 2	-0,539
ZT 3	-0,536
ZT 4	-0,527
ZT 5	-0,521
ZT 6	-0,517
ZT 7	-0,513
ZT 8	-0,507
ZT 9	-0,501
ZT 10	-0,494

Metoda določitve: SIST EN ISO 5764:2009

Razširjena merilna negotovost metode: ± 0,005 °C. Razširjena merilna negotovost U je bila določena kot kombinirana negotovost, pomnožena s faktorjem pokritja k = 2, ki pri normalni porazdelitvi ustreza ravni zaupanja približno 95 %.

Domžale, 5.12.2024



Vodja laboratorija:  
dr. Petra Mohar Lorbeg